



Clínica Universidad de Navarra
Unidad de Medicina Preventiva

A DIRECCIÓN

n. ref. 97/16
s. ref.

ASUNTO: Muestras de superficie

Adjunto informe sobre el resultado de los cultivos de superficie tomados el día 9 de junio de 2016 en una habitación de hospitalización sin limpiar tras el alta de un paciente. Se toman muestras antes y después de la desinfección con torres de rayos UV.

Pamplona, 14 de junio de 2016.

Dr. Francisco Guillén Grima.



Clínica Universidad de Navarra
Unidad de Medicina Preventiva

Resultados de las muestras de superficie tomadas el 9 de junio de 2016 antes y después de la desinfección con torres de rayos UV en la habitación 442 sin limpiar tras el alta de un paciente:

Habitación 442	ANTES ufc/placa	DESPUÉS ufc/placa
Brazo cama	2	0
Brazo sillón	24	0
Mesilla de noche	90	8
Mesa	34	0